



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106419886 A

(43)申请公布日 2017. 02. 22

(21)申请号 201610886745.1

(22)申请日 2016.10.12

(71)申请人 苏州奇展信息科技有限公司

地址 215009 江苏省苏州市高新区滨河路
厂滩上3号滨河皇冠大厦4236室

(72)发明人 不公告发明人

(51)Int. Cl.

A61B 5/024(2006.01)

A61B 5/16(2006.01)

A61B 5/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种智能心理咨询椅

(57)摘要

本发明公开了一种智能心理咨询椅,本发明包括底座和设置在底座上的坐板,坐板的前侧设置有胸靠,胸靠的下端固定在坐板的上侧面,胸靠的截面呈弧形,胸靠的内侧面上设置有心律感应元件,心律感应元件位于相对于人坐在坐板上心脏的位置,心律感应元件设置在软质材料内,心律感应元件还连接有心律处理装置,心律处理装置连接有显示器。本发明设置在心理咨询室,使得病人坐在上面时,可以让患者放松的趴在胸靠上,胸靠上还设置有心率感应元件,与设置在医生办公桌上的心律处理装置连接,若患者因为撒谎或故意隐瞒某些事情时,医生能够及时的了解患者心律的波动,辅助医生对患者的病情作出正确判断,对病人作出正确的心理疏导和治疗。



1. 一种智能心理咨询椅,包括底座和设置在底座上的坐板,坐板的前侧设置有胸靠,胸靠的下端固定在坐板的上侧面,胸靠的截面呈弧形,其特征在于:胸靠的内侧面上设置有心律感应元件,心律感应元件位于相对于人坐在坐板上心脏的位置,心律感应元件的外侧设置有软质材料,心律感应元件还连接有心律处理装置,心律处理装置连接有显示器。

2. 根据权利要求1所述的智能心理咨询椅,其特征在于:所述的坐板的下侧面固定有脚踏板。

3. 根据权利要求2所述的智能心理咨询椅,其特征在于:所述的胸靠的上端固定有头靠。

4. 根据权利要求1或2或3所述的智能心理咨询椅,其特征在于:所述的心律处理装置上设置有用来显示心律波动较大的红色LED灯和用来显示心律平缓的绿色LED灯。

一种智能心理咨询椅

技术领域

[0001] 本发明涉及一种智能心理咨询椅。

背景技术

[0002] 随着社会压力的增大,人们的患心理疾病的比例越来越大,很多人由于爱面子,不愿让人知道他患了心理疾病,常常会隐瞒病情,耽误治疗,最终造成伤害。

[0003] 现有的心理咨询需要病人和患者面对面沟通,这给患者带来了比较大的压力,病人有时会刻意隐瞒一些东西,从而让医生对患者病情的判断不全面,影响医生对患者的治疗。

[0004] 心理咨询室给心理病人用的椅子为普通椅子,难以给心理病人提供安全感,也不能对病人的病情起辅助治疗的作用。

发明内容

[0005]

本发明要解决的技术问题是:提供一种智能心理咨询椅,辅助医生对病人进行心理疏导。

[0006] 为了解决上述问题,本发明包括底座和设置在底座上的坐板,坐板的前侧设置有胸靠,胸靠的下端固定在坐板的上侧面,胸靠的截面呈弧形,胸靠的内侧面上设置有心律感应元件,心律感应元件位于相对于人坐在坐板上心脏的位置,心律感应元件设置在软质材料内,心律感应元件还连接有心律处理装置,心律处理装置连接有显示器。

[0007] 为了让患者的脚可以舒服的放置,本发明所述的坐板的下侧面固定有脚踏板。

[0008] 为了让患者的头部可以舒服的放置,本发明所述的胸靠的上端固定有头靠。

[0009] 为了让医生可以方便的发现患者的心理变化,本发明所述的心律处理装置上设置有用来显示心律波动较大的红色LED灯和用来显示心律平缓的绿色LED灯。

[0010] 本发明的有益效果是:本发明设置在心理咨询室,患者的坐的方式由背靠式改为胸靠式的,使得病人坐在上面时,可以让患者放松的趴在胸靠上,胸靠上还设置有心率感应元件,与设置在医生办公桌上的心律处理装置连接,若患者因为撒谎或故意隐瞒某些事情时,医生能够及时的了解患者心律的波动,辅助医生对患者的病情作出正确判断,对病人作出正确的心理疏导和治疗。

附图说明

[0011] 图1为智能心理咨询椅的侧视图;

图2为智能心理咨询椅的正视图。

[0012] 其中:1、头靠,2、心律感应元件,3、胸靠,4、坐板,5、脚踏板,6、底座。

具体实施方式

[0013] 如图1和图2所示的智能心理咨询椅,包括底座6和设置在底座上的坐板4,所述的坐板4的下侧面固定有脚踏板5,方便患者可以舒服的放脚,坐板4的前侧设置有胸靠3,胸靠3的下端固定在坐板4的上侧面,胸靠3的截面呈弧形,胸靠3的上端固定有头靠1,胸靠3的内侧面上设置有心律感应元件2,心律感应元件2位于相对于人坐在坐板上心脏的位置,心律感应元件2设置在软质材料内,心律感应元件2还连接有心律处理装置,心律处理装置连接有显示器,所述的心律处理装置上设置有用来显示心律波动较大的红色LED灯和用来显示心律平缓的绿色LED灯。

[0014] 工作原理:当心理患者坐在椅子上时,胸靠3朝前,患者可以放松的趴在胸靠3上,将腿放在脚踏板5上,患者的头可以趴在头靠1上,这样可以患者全身心的进行放松,不会感到过渡紧张,靠近患者心脏位置的心律感应元件2能够检测患者的心律,可以查看患者的心理活动,当患者过于紧张时或者撒谎时,患者的心律波动较大,心律处理装置的红色LED灯亮起,当患者内心平稳时,心律处理装置的绿色LED灯亮起,心律处理装置设置在医生办事桌上,方便医生对患者作出正确的诊疗判断,方便对患者进行心理疏导。




图1




图2

专利名称(译)	一种智能心理咨询椅		
公开(公告)号	CN106419886A	公开(公告)日	2017-02-22
申请号	CN201610886745.1	申请日	2016-10-12
[标]申请(专利权)人(译)	苏州奇展信息科技有限公司		
申请(专利权)人(译)	苏州奇展信息科技有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	苏州奇展信息科技有限公司		
[标]发明人	不公告发明人		
发明人	不公告发明人		
IPC分类号	A61B5/024 A61B5/16 A61B5/00		
CPC分类号	A61B5/024 A61B5/164 A61B5/165 A61B5/6891 A61B5/742		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明公开了一种智能心理咨询椅，本发明包括底座和设置在底座上的坐板，坐板的前侧设置有胸靠，胸靠的下端固定在坐板的上侧面，胸靠的截面呈弧形，胸靠的内侧面上设置有心律感应元件，心律感应元件位于相对于人坐在坐板上心脏的位置，心律感应元件设置在软质材料内，心律感应元件还连接有心律处理装置，心律处理装置连接有显示器。本发明设置在心理咨询室，使得病人坐在上面时，可以让患者放松的趴在胸靠上，胸靠上还设置有心率感应元件，与设置在医生办公桌上的心律处理装置连接，若患者因为撒谎或故意隐瞒某些事情时，医生能够及时了解患者心率的波动，辅助医生对患者的病情作出正确判断，对病人作出正确的心理疏导和治疗。

