

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号
特開2012-213562
(P2012-213562A)

(43) 公開日 平成24年11月8日(2012.11.8)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 1/00 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 0 0 U	2 H 0 4 0
A 6 1 B 1/06 (2006.01)	A 6 1 B 1/06 A	4 C 1 6 1
G 0 2 B 23/24 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 0 0 D	
	G 0 2 B 23/24 A	

審査請求 未請求 請求項の数 10 O L (全 18 頁)

(21) 出願番号	特願2011-82048 (P2011-82048)	(71) 出願人	306037311 富士フイルム株式会社 東京都港区西麻布2丁目26番30号
(22) 出願日	平成23年4月1日(2011.4.1)	(74) 代理人	100115107 弁理士 高松 猛
		(72) 発明者	安田 裕昭 神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士フイルム株式会社内
		(72) 発明者	飯田 孝之 神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士フイルム株式会社内
		Fターム(参考)	2H040 BA09 CA07 CA11 DA51 4C161 BB01 CC06 DD03 FF46 GG11 HH54 JJ11 JJ17 LL02 NN01 QQ07


(54) 【発明の名称】 内視鏡装置

(57) 【要約】

【課題】 波長変換部材を配置した導光部材と、光拡散部材を配置した導光部材との光伝送損失を、一つの温度センサを用いて検知できる内視鏡装置を得る。

【解決手段】 内視鏡装置は、第1の光源69、第1の導光部材57、波長変換部材65と、第2の光源71、第2の導光部材61、光拡散部材67と、第1の光源69の駆動信号に対応した波長変換部材65の発熱による第1の温度変化率、及び第2の光源71の駆動信号に対応した光拡散部材67の発熱による第2の温度変化率を記憶する記憶手段135とを備える。内視鏡制御部127は、温度センサ129により検出した温度測定値の第3の温度変化率を、第1の温度変化率、及び第2の温度変化率と比較することで、第1の導光部材57、第2の導光部材61に発生した光伝送損失を検出する。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

光伝送損失を検出する機能を備えた内視鏡装置であって、
第 1 の光源と、
前記第 1 の光源の出力光を導入して被検体内に挿入される挿入部の先端まで導光する第 1 の導光部材と、
前記第 1 の導光部材の光出射端に配置された波長変換部材と、
第 2 の光源と、
前記第 2 の光源の出力光を導入して前記挿入部の先端まで導光する第 2 の導光部材と、
前記第 2 の導光部材の光出射端に配置された光拡散部材と、
前記第 1 の光源及び前記第 2 の光源それぞれについて設定された目標光量に応じた駆動信号を生成し、前記第 1 の光源及び前記第 2 の光源を駆動する光源駆動手段と、
前記波長変換部材及び前記光拡散部材からの発熱による温度を検出する温度センサと、
前記第 1 の光源の駆動信号の強度に対応した前記波長変換部材の発熱による第 1 の温度変化率、及び前記第 2 の光源の駆動信号の強度に対応した前記光拡散部材の発熱による第 2 の温度変化率を記憶する記憶手段と、
前記温度センサにより検出された温度の第 3 の温度変化率を、前記第 1 の温度変化率、及び前記第 2 の温度変化率と比較し、前記第 3 の温度変化率が前記第 1 の温度変化率と一致する場合は前記第 2 の導光部材に光伝送損失が発生したと判定し、前記第 3 の温度変化率が前記第 2 の温度変化率と一致する場合は前記第 1 の導光部材に光伝送損失が発生したと判定する光伝送損失検出手段と、
を備えた内視鏡装置。

【請求項 2】

請求項 1 記載の内視鏡装置であって、
前記第 1 の温度変化率、前記第 2 の温度変化率、及び前記第 3 の温度変化率が、時間に対する温度の変化率を表すものである内視鏡装置。

【請求項 3】

請求項 1 又は請求項 2 記載の内視鏡装置であって、
前記温度センサが、前記挿入部の先端における前記波長変換部材と前記光拡散部材との間に配置された単一のセンサである内視鏡装置。

【請求項 4】

請求項 1 ~ 請求項 3 のいずれか 1 項記載の内視鏡装置であって、
前記第 1 の光源及び前記第 2 の光源がレーザ光源であり、前記第 1 の導光部材及び前記第 2 の導光部材がそれぞれ単線の光ファイバである内視鏡装置。

【請求項 5】

請求項 1 ~ 請求項 4 のいずれか 1 項記載の内視鏡装置であって、
前記波長変換部材が前記第 1 の光源からの出力光で励起されて蛍光を発する蛍光体である内視鏡装置。

【請求項 6】

請求項 5 記載の内視鏡装置であって、
前記第 1 の光源からの出力光と、前記蛍光体からの蛍光とが合成されて白色光とされる内視鏡装置。

【請求項 7】

請求項 6 記載の内視鏡装置であって、
前記第 2 の光源が白色光とは異なるスペクトルの狭帯域波長光を出力する光源である内視鏡装置。

【請求項 8】

請求項 7 記載の内視鏡装置であって、
前記狭帯域波長光の中心波長が、380nm ~ 480nm である内視鏡装置。

【請求項 9】

10

20

30

40

50

請求項 1 ~ 請求項 8 のいずれか 1 項記載の内視鏡装置であって、

前記光伝送損失検出手段が、前記駆動信号の立ち上がりタイミングで前記光伝送損失を判断する内視鏡装置。

【請求項 10】

請求項 9 記載の内視鏡装置であって、

前記光伝送損失検出手段が、前記内視鏡に設けた光伝送損失確認ボタンの押下信号を受けたタイミングで始動する内視鏡装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、内視鏡装置に関する。

【背景技術】

【0002】

一般に、内視鏡装置は、被検体内に挿入する挿入部を有する内視鏡と、この内視鏡に照明光を供給する光源装置とを備え、内視鏡と光源装置とは別体に構成されている。光源装置の発光源としては、キセノンランプやメタルハライドランプ等の白色光ランプが広く使用されるが、ランプに代えてレーザ光源を用いて照明光を生成するものがある。例えば、特許文献 1 の内視鏡装置においては、光源装置に搭載された半導体レーザ光源からの光を、導光部材である光ファイバを用いて内視鏡の挿入部先端まで伝送し、挿入部先端に設けた蛍光体を通して白色光を出射させる構成となっている。

【0003】

ところで、光源装置から内視鏡の挿入部先端までの間を単線の光ファイバ、又は少ない本数の光ファイバで照明光の伝送を行う場合、光ファイバの一部に断線が生じただけでも照明光に及ぼす光伝送損失の影響は大きくなり、照明光量を大きく低下させる。そのため、このような光ファイバの断線等の光伝送損失を検出する技術がある。例えば特許文献 2 には、光ファイバの出射端に配置される蛍光体がレーザ光の照射により昇温することを利用した発光装置が記載されている。この発光装置では、蛍光体の温度変化を観察することで光源からの光が蛍光体に達しているかを判断して断線を検出する。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献 1】特開 2008 - 73346 号公報

【特許文献 2】特開 2008 - 122838 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、特許文献 2 の発光装置は、光出射端に波長変換部材を配置した導光部材と、光出射端に光拡散部材を配置した導光部材とのいずれに発生した光伝送損失かを、一つの温度センサを用いて検知できなかった。

【0006】

本発明は、光出射端に波長変換部材を配置した導光部材と、光出射端に光拡散部材を配置した導光部材とのいずれに発生した光伝送損失かを、一つの温度センサを用いて検知できる内視鏡装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明は下記構成からなる。

光伝送損失を検出する機能を備えた内視鏡装置であって、

第 1 の光源と、

前記第 1 の光源の出力光を導入して被検体内に挿入される挿入部の先端まで導光する第 1 の導光部材と、

10

20

30

40

50

前記第 1 の導光部材の光出射端に配置された波長変換部材と、
第 2 の光源と、
前記第 2 の光源の出力光を導入して前記挿入部の先端まで導光する第 2 の導光部材と、
前記第 2 の導光部材の光出射端に配置された光拡散部材と、
前記第 1 の光源及び前記第 2 の光源それぞれについて設定された目標光量に応じた駆動
信号を生成し、前記第 1 の光源及び前記第 2 の光源を駆動する光源駆動手段と、
前記波長変換部材及び前記光拡散部材からの発熱による温度を検出する温度センサと、
前記第 1 の光源の駆動信号の強度に対応した前記波長変換部材の発熱による第 1 の温度
変化率、及び前記第 2 の光源の駆動信号の強度に対応した前記光拡散部材の発熱による第
2 の温度変化率を記憶する記憶手段と、
前記温度センサにより検出された温度の第 3 の温度変化率を、前記第 1 の温度変化率、
及び前記第 2 の温度変化率と比較し、前記第 3 の温度変化率が前記第 1 の温度変化率と一
致する場合は前記第 2 の導光部材に光伝送損失が発生したと判定し、前記第 3 の温度変化
率が前記第 2 の温度変化率と一致する場合は前記第 1 の導光部材に光伝送損失が発生した
と判定する光伝送損失検出手段と、
を備えた内視鏡装置。

10

【発明の効果】

【0008】

本発明の内視鏡装置によれば、光出射端に波長変換部材を配置した導光部材と、光出射
端に光拡散部材を配置した導光部材とのいずれに発生した光伝送損失かを、一つの温度セ
ンサを用いて検知できる。

20

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図 1】図 1 は本発明の実施形態を説明するための図で、内視鏡及び内視鏡が接続される
各装置を表す内視鏡装置の構成図である。

【図 2】内視鏡装置の具体的な構成例を示す外観図である。

【図 3】内視鏡先端部の拡大斜視図である。

【図 4】照明光学系ユニットの構成を示す分解斜視図である。

【図 5】蛍光体周辺の構成を示す要部断面図である。

【図 6】出射光の分光特性を示すグラフである。

30

【図 7】光伝送損失確認制御モードを実施する手順のフローチャートである。

【図 8】温度センサによる温度検出値の時間変化の様子を示すグラフである。

【図 9】各情報の制御内容を示すブロック図である。

【図 10】観察対象に応じて逐次変化するレーザ光源の目標光量と、目標光量の変化に応
じて温度センサからの温度検出値が変化する様子を示す説明図である。

【図 11】第 1 の光源及び第 3 の光源が二対設けられた変形例に係る内視鏡先端部の正面
図である。

【図 12】図 11 に示す変形例に係る光源装置の構成図である。

【図 13】還元ヘモグロビンと酸化ヘモグロビンの吸光度の分光特性を示すグラフである
。

40

【図 14】 S_1 / S_3 の値と、 S_2 / S_3 の値の大小を直交二軸で表した 2 次元マップを
示すグラフである。

【発明を実施するための形態】

【0010】

以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

図 1 は本発明の実施形態を説明するための図で、内視鏡及び内視鏡が接続される各装置
を表す内視鏡装置の構成図、図 2 は内視鏡装置の具体的な構成例を示す外観図である。

内視鏡装置 100 は、図 1 に示すように、内視鏡 11 と、制御装置 13 と、モニタ等の
表示部 15 と、制御装置 13 に情報を入力するキーボードやマウス等の入力部 17 とを備
えている。制御装置 13 は、光源装置 19 と、撮像画像の信号処理を行うプロセッサ 21

50

とを有して構成される。

【0011】

内視鏡11は、本体操作部23と、この本体操作部23に連設され被検体（体腔）内に挿入される挿入部25とを備える。本体操作部23には、ユニバーサルコード27が接続される。このユニバーサルコード27の先端は、光源装置19にライトガイドコネクタ29を介して接続され、また、ビデオコネクタ31を介してプロセッサ21に接続されている。

【0012】

図2に示すように、内視鏡11の本体操作部23には、挿入部25の先端側で吸引、送気、送水を実施するための送気送水ボタンや、撮像時のシャッターボタン、詳細を後述する光伝送損失確認ボタン33等の各種操作ボタンが設けられる。また、本体操作部23には、これらのボタンと共に一对のアングルノブ35が併設されている。

10

【0013】

挿入部25は、本体操作部側から順に軟性部37、湾曲部39、及び挿入部25の先端である内視鏡先端部41で構成される。湾曲部39は、本体操作部23のアングルノブ35を回転することによって遠隔的に湾曲操作されて、これにより内視鏡先端部41を所望の方向に向けることができる。

【0014】

図3は内視鏡先端部41の拡大斜視図である。内視鏡先端部41には、撮像光学系の観察窓43と、照明光学系の第1照明窓45、第2照明窓47が配置されている。これら第1照明窓45、第2照明窓47は観察窓43を挟んだ両脇側に配置されている。第1照明窓45、第2照明窓47から照射される照明光による被検体からの反射光は、観察窓43を通じて撮像素子49（図1参照）で撮像される。撮像された観察画像は、プロセッサ21に接続された表示部15に表示される。

20

【0015】

撮像光学系は、CCD (Charge Coupled Device) 型イメージセンサや、CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 型イメージセンサ等の撮像素子49を有する。また、撮像光学系は、撮像素子49に観察像を結像させるレンズ等の光学部材51（図1参照）を有する。撮像素子49の受光面に結像されて取り込まれる観察像は、電気信号に変換されて信号ケーブル53を通じてプロセッサ21の撮像信号処理部55に入力され、この撮像信号処理部55で映像信号に変換される。

30

【0016】

一方、照明光学系は、図1に示すように、光源装置19と、光源装置19に接続される第1の導光部材57である第1光ファイバ59と、第2の導光部材61である第2光ファイバ63とを有する。第1光ファイバ59の光出射端には波長変換部材65が配置され、第2光ファイバ63の光出射端には光拡散部材67が配置される。光源装置19は、第1の光源69と、第2の光源71とを備える。第1の光源69は、半導体発光素子であるレーザ光源LD1と、レーザ光源LD2-Aとを備える。第2の光源71は、半導体発光素子であるレーザ光源LD2-Bを備える。光源装置19は、光源駆動手段である光源制御部75と、コンバイナ77とを有する。光源制御部75は、レーザ光源LD1、レーザ光源LD2-A、レーザ光源LD2-Bを駆動制御する。コンバイナ77は、レーザ光源LD1、レーザ光源LD2-Aからの出射光を合波して第1光ファイバ59に導入する。レーザ光源LD2-Bからの出射光は合波されることなく直接に第2光ファイバ63に導入される。

40

【0017】

第1光ファイバ59、第2光ファイバ63は、単線の光ファイバからなる。単線の光ファイバを使用することで、挿入部25の細径化に寄与できる。

【0018】

内視鏡先端部41は、その内部に不図示の先端硬性部を備える。先端硬性部はステンレス鋼等の金属からなり、長手方向に沿って複数の貫通孔が形成されている。この先端硬性

50

部の各貫通孔には、撮像光学系、照明光学系ユニット 8 1、鉗子チャンネル 8 3、送気送水ノズル 8 5 に連通する送気送水チャンネル等の各種部品が取り付けられている。

【 0 0 1 9 】

照明光学系ユニット 8 1 は、観察窓 4 3 を挟んで対称に配置される波長変換光学系ユニット 8 9 と、光拡散光学系ユニット 9 1 とからなる。波長変換光学系ユニット 8 9 と光拡散光学系ユニット 9 1 とはほぼ同一の構成を有し、光出射端に波長変換部材 6 5 又は光拡散部材 6 7 が設けられるかで異なる。ここでは、波長変換部材 6 5 の設けられる波長変換光学系ユニット 8 9 を図示して説明する。

【 0 0 2 0 】

図 4 は照明光学系ユニット 8 1 の構成を示す分解斜視図である。波長変換光学系ユニット 8 9 は、シングルモードの第 1 光ファイバ 5 9 と、波長変換部材 6 5 と、波長変換部材 6 5 及び第 1 光ファイバ 5 9 を保持する保持部材としてのフェルール 9 5 と、波長変換部材 6 5 の外周を覆う筒状のスリーブ部材 9 7 と、スリーブ部材 9 7 の先端を封止する保護カバー 9 9 とから構成される。また、第 1 光ファイバ 5 9 の外周面は、不図示の保護チューブによって被覆されている。

10

【 0 0 2 1 】

一方、光拡散光学系ユニット 9 1 は、図 4 と同様に、第 2 光ファイバ 6 3 と、光拡散部材 6 7 と、フェルール 9 5 と、スリーブ部材 9 7 と、保護カバー 9 9 とからなる。光拡散光学系ユニット 9 1 は、波長変換光学系ユニット 8 9 と同様に、フェルール 9 5 が光拡散部材 6 7 及び第 2 光ファイバ 6 3 を保持する。スリーブ部材 9 7 がフェルール 9 5 の外周を覆い、かつ保護カバー 9 9 がスリーブ部材 9 7 の先端を封止する構成となっている。

20

【 0 0 2 2 】

フェルール 9 5 は、円筒形状に形成され、第 1 光ファイバ 5 9 が挿通される挿通孔 1 0 3 を有する。フェルール 9 5 の先端側には、波長変換部材 6 5 を保持する蛍光体保持部 1 0 5 が形成されている。蛍光体保持部 1 0 5 は、フェルール先端面 1 0 7 から波長変換部材 6 5 の外形に合わせて凹となり、保護カバー 9 9 と対面する先端側が開放された凹部状に形成されている。挿通孔 1 0 3 は、蛍光体保持部 1 0 5 の基端に連続している。

【 0 0 2 3 】

蛍光体保持部 1 0 5 には、表面に反射膜 1 0 9 が設けられている。反射膜 1 0 9 は、銀、アルミ等の金属膜からなり、例えばメッキ、蒸着、スパッタ等により薄膜状に形成される。波長変換部材 6 5 は、蛍光体保持部 1 0 5 の内部に、反射膜 1 0 9 と接しつつ保持される。波長変換部材 6 5 から発する照明光は反射膜 1 0 9 によって反射し、効率良く利用できる。蛍光体保持部 1 0 5 に波長変換部材 6 5 が保持されたとき、波長変換部材 6 5 及び反射膜 1 0 9 の先端面がフェルール 9 5 の先端面と同一面となるように形成されている。挿通孔 1 0 3 は、フェルール 9 5 の中心軸に沿って形成されている。第 1 光ファイバ 5 9 は、先端部が挿通孔 1 0 3 に嵌合し、波長変換部材 6 5 の後方に保持される。

30

【 0 0 2 4 】

図 5 は蛍光体周辺の構成を示す要部断面図である。スリーブ部材 9 7 は、先端側から順に、保護カバー 9 9 を受ける受け部 1 1 1 と、フェルール 9 5 の外周面が嵌合する嵌合孔 1 1 3 とを有する円筒形状に形成されている。受け部 1 1 1 は、嵌合孔 1 1 3 よりも内径が大きく形成されている。受け部 1 1 1 は、保護カバー 9 9 の外周面に対面する受け部内周面 1 1 5 と、この受け部内周面 1 1 5 と交差し、保護カバー基端面 1 1 7 と対面する受け部底面 1 1 9 とを有する。保護カバー 9 9 が受け部 1 1 1 に、ガラスビーズ 1 2 1 を含んだ接着剤 1 2 3 にて接着されることで、スリーブ部材 9 7 の先端が封止される。嵌合孔 1 1 3 は、スリーブ部材 9 7 の中心に沿って、底面からスリーブ部材 9 7 の後端面まで連続している。

40

【 0 0 2 5 】

保護カバー 9 9 は、波長変換部材 6 5 から出射される照明光、即ち、蛍光体を拡散しながら透過する青色レーザ光と、波長変換部材 6 5 から励起発光される緑色～黄色の蛍光とが透過可能な材料から円板状に形成される。この保護カバー 9 9 は、例えば石英ガラスや

50

サファイヤガラス等から形成される。

【0026】

一方、光拡散光学系ユニット91の光拡散部材67は、レーザ光源LD2-Bから出射される照明光を拡散させながら透過させる。この光拡散部材67は、保護カバー99と同様な例えば石英ガラスやサファイヤガラス等から形成される。

【0027】

図1に示すレーザ光源LD1は、中心波長445nmの青色発光の半導体レーザである。このレーザ光源LD1としては、例えばブロードエリア型のInGaN系レーザダイオードが使用できる。レーザ光源LD2-A、レーザ光源LD2-Bは、中心波長405nmの紫色発光の半導体レーザである。このレーザ光源LD1としては、例えばブロードエ

10

【0028】

光源制御部75は、レーザ光源LD1、レーザ光源LD2-A、レーザ光源LD2-Bの出力光強度や点灯タイミング等を制御する。これらレーザ光源の出力光は、ライトガイドコネクタ29を介して、第1光ファイバ59、第2光ファイバ63に導入される。導入された出力光は、第1光ファイバ59、第2光ファイバ63によって挿入部25を通じて内視鏡先端部41まで伝送され、波長変換部材65、光拡散部材67に照射される。波長変換部材65は、レーザ光源LD1、レーザ光源LD2-Aからの出力光と、波長変換部材65により波長変換された発光光とを第1照明窓45に出射する。光拡散部材67は、レーザ光源LD2-Bからの出力光を、ほぼ透過させて第2照明窓47に出射する。第1

20

【0029】

図6は出射光の分光特性を示すグラフである。波長変換部材65は、レーザ光源LD1から出射される青色レーザ光の一部を吸収して緑色～黄色に励起発光する複数種の蛍光体（例えばYAG系蛍光体、あるいはBAM($\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}$)等を含む蛍光体等）を含んで構成される。これら波長変換部材65により、図6に出射光の分光特性を示すように、レーザ光源LD1からの青色レーザ光と、この青色レーザ光が波長変換された緑色～黄色の励起光とが合成されて、プロファイルPf2で示される白色光が生成される。

30

【0030】

レーザ光源LD2-Aから出射される紫色レーザ光は、波長変換部材65からの波長変換光が僅かとなり、図6にプロファイルPf1で示すように、その殆どが中心波長405nmの狭帯域光として出射される。つまり、レーザ光源LD2-Aは、白色光とは異なるスペクトルの狭帯域波長光を出力する。また、LD2-Bも同様に中心波長405nmの狭帯域光として出射される。

【0031】

これにより、特定の機能を有する波長光を選択的に照射することができ、観察目的に応じた適切な波長光により所望の内視鏡観察を行うことができる。なお、狭帯域波長光の中心波長は、380nm～480nm、好ましくは400nm～450nmである。これにより、組織表層の毛細血管の微細構造や粘膜組織表層の微細構造模様を強調させて観察できる。

40

【0032】

各レーザ光源LD1、レーザ光源LD2-A、レーザ光源LD2-Bから出力されるレーザ光は、第1光ファイバ59又は第2光ファイバ63により内視鏡先端部41へ導光される。導光されたレーザ光は、第1照明窓45、又は第1照明窓45と第2照明窓47から、白色光と、紫色の狭帯域光とを任意の混合比率で選択的に出射させることができる。出射光の光強度や出射光の色味は、内視鏡制御部127が光源制御部75に所望の制御信号を出力して行う。

【0033】

50

この制御信号に基づいて光源制御部 75 が、レーザ光源 LD 1、レーザ光源 LD 2 - A、レーザ光源 LD 2 - B を駆動する駆動信号を出力する。レーザ光源 LD 1、レーザ光源 LD 2 - A、レーザ光源 LD 2 - B は、それぞれ入力された駆動信号に基づく光量で光出射することで調整される。つまり、光源制御部 75 は、設定された目標光量に応じた駆動信号をそれぞれ生成して、第 1 の光源 69 及び第 2 の光源 71 をそれぞれ駆動する。

【0034】

波長変換部材 65 に、蛍光体を用いることで、任意の波長の光を容易に生成できる。また、第 1 の光源 69 からの出力光と、波長変換部材 65 からの蛍光とが合成されて白色光を形成するので、ブロードな波長スペクトルを有する蛍光体の蛍光を用いて白色光が生成される。これにより、照明光の演色性を向上できる。

10

【0035】

ここで、本明細書でいう白色光とは、厳密に可視光の全ての波長成分を含むものに限らない。例えば、基準色である R (赤)、G (緑)、B (青) 等、特定の波長帯の光を含むものであればよく、緑色から赤色にかけての波長成分を含む光や、青色から緑色にかけての波長成分を含む光等も広義に含むものとする。

【0036】

内視鏡先端部 41 の波長変換部材 65 の近傍には、波長変換部材 65 と光拡散部材 67 とからの発熱による温度を検出する 1 つの温度センサ 129 が設けられている。温度センサ 129 は、挿入部 25 の先端における波長変換部材 65 と光拡散部材 67 との間に配置された単一のセンサである。温度センサ 129 は、単一のセンサとなることで、簡素な構成で光伝送損失を検出できる。波長変換部材 65、光拡散部材 67 のそれぞれに温度センサ 129 を設ける構成に比べ、内視鏡 11 の細径化が有利となる。

20

【0037】

温度センサ 129 は、レーザ光の照射による波長変換の際に発生する波長変換部材 65 の熱、レーザ光が透過する際の吸収によって発生する光拡散部材 67 の熱による温度を検出する。温度センサ 129 は、この検出した温度を温度検出値として温度検出信号線 131 を通じて内視鏡制御部 127 に出力する。

【0038】

温度センサ 129 としては、サーミスタ、熱電対、測温抵抗体が使用可能である。また、温度センサ 129 は、波長変換部材 65 と光拡散部材 67 の双方にできるだけ近い位置に設けることが好ましく、波長変換部材 65 と光拡散部材 67 から互いに等しい熱伝導係数となる位置に設けることが望ましい。

30

【0039】

図 1 に示すように、プロセッサ 21 は、内視鏡制御部 127 と、映像信号を生成する撮像信号処理部 55 と、撮像信号や各種情報を保存する RAM 等の記憶手段である記憶部 135 と、画像処理部 137 とを備えている。内視鏡制御部 127 は、撮像信号処理部 55 から出力される観察画像の画像データに対して、画像処理部 137 により適宜な画像処理を施して表示部 15 に映出させる。また、光源装置 19 の光源制御部 75 に制御信号を出力して、第 1 照明窓 45、第 2 照明窓 47 から所望の光量の照明光を出射させる。この内視鏡制御部 127 は、図示しない LAN 等のネットワークに接続されて、画像データを含む情報を配信する等、内視鏡装置 100 全体を制御する。

40

【0040】

上記構成の内視鏡装置 100 は、内視鏡制御部 127 により、内視鏡観察を行うための通常制御モードと、第 1 光ファイバ 59、第 2 光ファイバ 63 の断線等で生じる光伝送損失を確認するための光伝送損失確認制御モードとに切り替え可能に構成されている。

【0041】

通常制御モードでは、レーザ光源 LD 1 による白色照明、レーザ光源 LD 1 と LD 2 - A の同時点灯、又はレーザ光源 LD 1 と LD 2 - B による同時点灯や個別点灯により、所望の照明光を所定光量で照射して観察画像を取得し、表示させる制御を行う。

【0042】

50

一方、光伝送損失確認制御モードでは、レーザ光源LD1、レーザ光源LD2-A、レーザ光源LD2-Bから第1照明窓45、第2照明窓47までの間の光伝送損失を検出するための制御を行う。なお、この光伝送損失の検出には、ライトガイドコネクタ29、光源装置内の光路、及びコンパイナ77の光伝送損失も含まれる。即ち、以下に記す断線の検出とは、上記の各光伝送損失である可能性も含んでいる。

【0043】

以下、光伝送損失確認制御モードについて説明する。

図7は光伝送損失確認制御モードを実施する手順のフローチャートである。

光伝送損失確認制御モードを実施するタイミングとしては、制御装置13の電源スイッチをオンにしたタイミング、術者が内視鏡11の本体操作部23に設けられた光伝送損失確認ボタン33を押下したタイミング、入力部17からの指示があったタイミング等、任意に設定できる。

【0044】

光伝送損失確認制御モードがスタートすると、内視鏡制御部127（図1参照）は、撮像素子49から出力される撮像信号の輝度情報に基づき、照明光の光量を適正化する露光制御を行う。この露光制御により、内視鏡制御部127はレーザ光源LD1、レーザ光源LD2-A、レーザ光源LD2-Bの目標光量を設定し（St1）、この目標光量にする制御信号を光源制御部75に出力する。光源制御部75は、入力された制御信号に基づいてレーザ光源LD1、レーザ光源LD2-A、レーザ光源LD2-Bの出力光強度を目標光量に制御する（St2）。

【0045】

目標光量で駆動されるレーザ光源LD1、レーザ光源LD2-Aからの出力光は第1光ファイバ59に導入されて波長変換部材65に照射される。また、レーザ光源LD2-Bからの出力光は第2光ファイバ63に導入されて光拡散部材67に照射される。すると、波長変換部材65は、照射された青色レーザ光を波長変換すると共に発熱する。また、紫色レーザ光の一部が波長変換されることでも発熱する。光拡散部材67は、照射された紫色レーザ光を透過すると共にその一部を吸収して発熱する。この発熱は内視鏡先端部41で伝播され、内視鏡先端部41に収容された各部材を昇温させる。この温度変化を温度センサ129で検出する（St3）。

【0046】

このときの温度センサ129による温度検出値の時間変化の様子を図8に示した。

波長変換部材65と光拡散部材67は、第1光ファイバ59と第2光ファイバ63を介した光照射によって自身の温度が上昇するので、2つの発熱体とみなせる。その温度上昇の傾きは波長変換部材65の方が大きい。これら2つの発熱体の温度上昇傾向は、近傍の一つの温度センサ129によって検知される。温度センサ129が検知する温度上昇の傾きを、第1の温度変化率、及び第2の温度変化率と比較することで、第1光ファイバ59、第2光ファイバ63のいずれかに発生した光伝送損失が検出可能となる。

【0047】

より具体的には、波長変換部材65は、波長445nmの励起光によって500乃至600nmの波長を蛍光発光する。これを第1の温度変化率による第1発熱特性Sq1とする。光拡散部材67は、波長405nmの励起光を特殊観察光として生体へ照射するために所定の照射角度を形成するためのものである。これを第2の温度変化率による第2発熱特性Sq2とする。第1発熱特性Sq1は、第2発熱特性Sq2よりも発熱特性の変化率（傾き）が大きい。つまり、発熱による温度変化が大きい。互いに同じ励起光が波長変換部材65と光拡散部材67に導光された場合には、第1発熱特性Sq1と第2発熱特性Sq2との変化率を合算した合算発熱特性Sq_tの変化率で温度上昇する。

【0048】

ところが、第1光ファイバ59、第2光ファイバ63のいずれかが断線した場合、温度上昇の変化率は、第1発熱特性Sq1の傾き又は第2発熱特性Sq2の傾きに近似したものとなる。断線の発生直後では近似の値にならないが、時間の経過に伴ってSq1、Sq

10

20

30

40

50

2の傾きに近い値となる。ここで、第1発熱特性 S_{q1} の傾きは、 $\Delta dT_1 / \Delta dt_1$ で表される第1時間変化率となる。また、第2発熱特性 S_{q2} の傾きは、 $\Delta dT_2 / \Delta dt_2$ で表される第2時間変化率となる。従って、合算発熱特性 S_{qt} が、第1発熱特性 S_{q1} 又は第2発熱特性 S_{q2} のいずれかになったことを検知すれば、第1光ファイバ59又は第2光ファイバ63のいずれかに発生した光伝送損失(断線)を、一つの温度センサ129を用いて判断できる。

【0049】

つまり、温度センサ129により検出した検出値時間変化率が第1時間変化率と一致する場合は、内視鏡制御部127が第2光ファイバ63に光伝送損失が発生したと判定する。検出値時間変化率が第2時間変化率と一致する場合は、内視鏡制御部127が第1光ファイバ59に光伝送損失が発生したと判定する。

10

【0050】

ここで、上記各情報の制御内容を図9にブロック図で示した。記憶部135は、第1の温度変化率情報である第1時間変化率143と、第2の温度変化率情報である第2時間変化率145とをデータとして格納している。また、温度センサ129は、第3の温度変化率情報である温度測定値の検出値時間変化率149を内視鏡制御部127に出力する。

【0051】

内視鏡制御部127は、温度センサ129が出力した検出値時間変化率149と、記憶部135に記憶されている第1時間変化率143及び第2時間変化率145とを比較し、第1光ファイバ59、第2光ファイバ63(図1参照)のいずれかに光伝送損失が生じたかを判断する。検出値時間変化率149は逐次変化するので、内視鏡制御部127は、所定の一定時間毎に上記比較・判定を繰り返し行う。

20

【0052】

なお、上記例では時間に対する温度の変化率としているが、時間に限らず、例えば温度センサ129の温度検出タイミング毎の温度変化率や、光量指示値の変更が生じたタイミング毎の温度変化率としてもよい。

【0053】

図10に観察対象に応じて逐次変化するレーザ光源の目標光量と、目標光量の変化に応じて温度センサ129からの温度検出値が変化する様子を示した。目標光量は撮像素子49から出力される撮像信号の輝度情報に応じて増減制御される。この目標光量に応じてレーザ光源を駆動する。温度センサ129からの温度検出値は、第1光ファイバ59、第2光ファイバ63に断線が生じていない場合、図中点線で示すように目標光量に対して応答遅れを有して増減する。ところが、第1光ファイバ59、第2光ファイバ63のいずれかに断線が生じた場合、図中実線で示すように温度検出値は断線が生じていない場合よりも低下する。また、応答性も遅れ、昇温の時間変化率も低下する。

30

【0054】

このように、温度検出値の変化は、断線の有無により明らかな差を生じる。このため、任意のタイミングで温度センサ129により測定しても、得られた温度検出値の変化と、予め定めた基準値(断線のない場合の解析値)とを比較することにより、光ファイバに生じる断線を随時正確に検出できる。

40

【0055】

断線等の光伝送損失がない場合の波長変換部材65の温度の時間変化特性は、レーザ光源LD1、レーザ光源LD2-A、レーザ光源LD2-Bの種類によって解析的に求めることができる。また、光源の出力強度、及び波長変換部材65と光拡散部材67との性状や種類に応じた吸収・発光特性等の条件によって解析的に求めることができる。

【0056】

そこで、本構成においては、波長変換部材65と光拡散部材67の温度の時間変化特性を解析的に求め、温度変化情報として記憶部135に予め記憶させておく。また、温度の時間変化率を正常時の基準値として記憶部135に記憶させておく。記憶させる各温度情報は、波長変換部材65及び光拡散部材自体の温度であってもよく、温度センサ129の

50

位置での温度であってもよい。波長変換部材 6 5 及び光拡散部材 6 7 の温度である場合は、温度センサ 1 2 9 の温度検出値と比較する際に、必要に応じて適宜な補正処理を行えばよい。

【 0 0 5 7 】

再び図 7 に戻り、内視鏡制御部 1 2 7 は、温度センサ 1 2 9 が測定した温度検出値の時間変化率を求め、求めた時間変化率を記憶部 1 3 5 に記憶された基準値と比較する (S t 4)。比較の結果、測定により求めた温度変化率が基準値より小さい場合、第 1 光ファイバ 5 9 又は第 2 光ファイバ 6 3 のいずれかに断線が生じたと判定する (S t 5)。また、基準値と同等である場合は正常と判定して光伝送損失確認制御モードを終了する。

【 0 0 5 8 】

内視鏡制御部 1 2 7 は、断線が生じたと判定した場合に、光源制御部 7 5 へレーザ光源を消灯させる制御信号を出力し、断線が生じた側のレーザ光源を消灯させる (S t 6)。これにより、通常の露光制御のまま、レーザ光源が無駄に光量制御されることを防止する。

【 0 0 5 9 】

即ち、通常の露光制御では、撮像素子 4 9 から出力される撮像信号の輝度情報を適正輝度レベルと比較し、その過不足に応じてレーザ光源の出力が増減制御されている。断線が生じた場合は第 1 照明窓 4 5、又は第 2 照明窓 4 7 からの照明光が不足し、撮像信号の輝度が低下する。そこで、この輝度の低下分を適正レベルにするため、レーザ光源の目標光量が増加制御される。しかし、断線が生じた場合は目標光量を増加しても照明光の不足した状態が続き、更にレーザ光源の目標光量を増加させるといった不正なロジックとなってしまう。そのため、断線検出時には、断線が生じた側のレーザ光源を消灯させることで、無駄な露光制御を防止できる。

【 0 0 6 0 】

次に、内視鏡制御部 1 2 7 は、断線が発生した旨を表示部 1 5 にメッセージを表示する等して術者に通知する (S t 7)。表示部 1 5 への表示以外にも、例えば、アラーム音を発生させる報知や、本体操作部 2 3 や制御装置 1 3 等に設けたランプの点灯により報知を行ってもよい。

【 0 0 6 1 】

以上説明したように、内視鏡装置 1 0 0 は、内視鏡制御部 1 2 7 が、駆動信号の立ち上がりタイミングで光伝送損失を検出する。駆動信号の立ち上がりタイミングで、温度測定値による第 3 の温度変化率が、第 1 の温度変化率及び第 2 の温度変化率と比較される。これにより、波長変換部材 6 5 と光拡散部材 6 7 との発熱特性を利用した、精度の高い判定が可能となる。また、内視鏡制御部 1 2 7 は、内視鏡 1 1 に設けた光伝送損失確認ボタン 3 3 の押下信号を受けたタイミングで光伝送損失の検出を開始してもよい。その場合、ボタンを押下した後の駆動信号の立ち上がりタイミングで光伝送損失を検出するため、任意のタイミングで光伝送損失の検出が可能となる。

【 0 0 6 2 】

また、本構成では、単線の光ファイバを用いるため、光ファイバに断線が生じた場合には、照明光量が大きく低下して、光伝送損失を簡単かつ確実に検出できる。このため、内視鏡 1 1 の術者は、内視鏡検査前に光伝送損失の検査が実施し易くなる。

【 0 0 6 3 】

次に、上記内視鏡装置 1 0 0 の他の構成例を説明する。

図 1 1 は第 1 の光源 6 9 及び第 3 の光源 1 5 7 が二対設けられた変形例に係る内視鏡先端部 4 1 の正面図、図 1 2 は図 1 1 に示す変形例に係る光源装置 1 5 5 の構成図である。

この変形例では、光源装置 1 5 5 は、第 1 の光源 6 9 と、第 3 の光源 1 5 7 とからなる一对の光源を二対備えている。第 1 の光源 6 9 は、前述同様に、レーザ光源 L D 1 と、レーザ光源 L D 2 - A とを備える。一方、第 3 の光源 1 5 7 は、レーザ光源 L D 3 と、レーザ光源 L D 1 とを備える。レーザ光源 L D 3 は、中心波長 4 7 3 n m の青色発光の半導体レーザである。レーザ光源 L D 3 と、レーザ光源 L D 1 からの出射光はコンバイナ 7 7 に

10

20

30

40

50

よって合波される。第3の光源157からの合波された出射光は、光出射端に光拡散部材67を配置した第2の導光部材61である第3光ファイバ159に導入される。

【0064】

第1光ファイバ59に導光された照明光は第1照明窓45から出射される。第3光ファイバ159に導光された照明光は第3照明窓161から出射される。第1照明窓45、45は観察窓43を挟んだ直線165上に配置され、第3照明窓161、161は観察窓43を挟んだ直線167上に配置される。これにより、観察窓43の両脇から白色光、狭帯域光を均等に照射して、照明ムラの発生を防止している。

【0065】

この変形例による構成では、第3の光源157を備えることで以下の照明光による観察が可能となる。

10

図13に酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンに対する吸光度の分光特性を示した。同図に示すように、波長405nm付近では双方の吸光度は等しく、波長445nm付近では還元ヘモグロビンが酸化ヘモグロビンよりも吸光度が高く、波長473nm付近では酸化ヘモグロビンが還元ヘモグロビンよりも吸光度が高くなっている。また、レーザ光の粘膜組織表層からの深達度は、レーザ光の波長が短い程浅くなる特性を有するので、波長が405nm、445nm、473nmの順で深くなる。

【0066】

これらの特性を利用して、次のように観察領域の酸素飽和度と、観察領域に映出された血管深さとを求める。

20

(1) 還元ヘモグロビンの吸光度が高い中心波長445nmのレーザ光を照射したときの、このレーザ光の戻り光成分を検出した撮像画像輝度値S1を求める。

(2) 酸化ヘモグロビンの吸光度が高い中心波長473nmのレーザ光を照射したときの、このレーザ光の戻り光成分を検出した撮像画像輝度値S2を求める。

(3) 吸光度の等しい中心波長405nmを照射したときの、このレーザ光の戻り光成分を検出した撮像画像輝度値を求める。

(4) S1、S2の値をそれぞれS3の値で標準化する。即ち、 $S1/S3$ 、 $S2/S3$ の値を求める。

【0067】

(5) 図14に示すように、 $S1/S3$ の値と、 $S2/S3$ の値の大小を直交二軸で表した2次元マップを生成し、この2次元マップ上に、上記で求めた $S1/S3$ 、 $S2/S3$ の値をプロットする。2次元マップ上では、 $S1/S3$ の値が大きい程、酸素飽和度が高く、血管深さが浅いものとなり、 $S1/S3$ の値が小さい程、酸素飽和度が低く、血管深さが深くなる。また、 $S2/S3$ の値が大きい程、酸素飽和度が低く、血管深さが浅くなり、 $S2/S3$ の値が小さい程、酸素飽和度が高く、血管深さが深いものとなる。これらの関係により、観察領域における酸素飽和度の高低、血管深さの情報が求められる。

30

【0068】

本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、明細書の記載、並びに周知の技術に基づいて、当業者が変更、応用することも本発明の予定するところであり、保護を求める範囲に含まれる。例えば、上記の構成では第1の導光部材57、第2の導光部材61を単線の光ファイバとしたが、第1の導光部材57、第2の導光部材61はこれに限らず、多数本の光ファイバを束ねた光ファイババンドルであっても同様に光伝送損失を検出できる。

40

【0069】

以上の通り、本明細書には次の事項が開示されている。

(1) 光伝送損失を検出する機能を備えた内視鏡装置であって、

第1の光源と、

前記第1の光源の出力光を導入して被検体内に挿入される挿入部の先端まで導光する第1の導光部材と、

前記第1の導光部材の光出射端に配置された波長変換部材と、

50

第 2 の光源と、

前記第 2 の光源の出力光を導入して前記挿入部の先端まで導光する第 2 の導光部材と、

前記第 2 の導光部材の光出射端に配置された光拡散部材と、

前記第 1 の光源及び前記第 2 の光源それぞれについて設定された目標光量に応じた駆動信号を生成し、前記第 1 の光源及び前記第 2 の光源を駆動する光源駆動手段と、

前記波長変換部材及び前記光拡散部材からの発熱による温度を検出する温度センサと、

前記第 1 の光源の駆動信号の強度に対応した前記波長変換部材の発熱による第 1 の温度変化率、及び前記第 2 の光源の駆動信号の強度に対応した前記光拡散部材の発熱による第 2 の温度変化率を記憶する記憶手段と、

前記温度センサにより検出された温度の第 3 の温度変化率を、前記第 1 の温度変化率、及び前記第 2 の温度変化率と比較し、前記第 3 の温度変化率が前記第 1 の温度変化率と一致する場合は前記第 2 の導光部材に光伝送損失が発生したと判定し、前記第 3 の温度変化率が前記第 2 の温度変化率と一致する場合は前記第 1 の導光部材に光伝送損失が発生したと判定する光伝送損失検出手段と、
を備えた内視鏡装置。

10

この内視鏡装置によれば、波長変換部材と光拡散部材は、第 1 の導光部材と第 2 の導光部材を介した光照射によって自身の温度が上昇するので、2 つの発熱体とみなせる。その温度上昇の傾きは波長変換部材の方が大きい。これら 2 つの発熱体の温度上昇傾向は、近傍の一つの温度センサによって検知される。温度センサが検知する温度上昇の傾きを、第 1 の温度変化率、及び第 2 の温度変化率と比較することで、第 1 の導光部材、第 2 の導光部材のいずれかに発生した光伝送損失が判断可能となる。

20

【 0 0 7 0 】

(2) (1) の内視鏡装置であって、

前記第 1 の温度変化率、前記第 2 の温度変化率、及び前記第 3 の温度変化率が、時間に対する温度の変化率を表すものである内視鏡装置。

この内視鏡装置によれば、時間に対する温度の変化率とすることで、確実かつ迅速に断線による変化を検出できる。

【 0 0 7 1 】

(3) (1) 又は (2) の内視鏡装置であって、

前記温度センサが、前記挿入部の先端における前記波長変換部材と前記光拡散部材との間に配置された単一のセンサである内視鏡装置。

30

この内視鏡装置によれば、簡素な構成で光伝送損失を検出でき、波長変換部材、光拡散部材のそれぞれに温度センサを設ける構成に比べ、内視鏡の細径化が実現する。

【 0 0 7 2 】

(4) (1) ~ (3) のいずれか 1 つの内視鏡装置であって、

前記第 1 の光源及び前記第 2 の光源がレーザ光源であり、前記第 1 の導光部材及び前記第 2 の導光部材がそれぞれ単線の光ファイバである内視鏡装置。

この内視鏡装置によれば、断線が生じた場合に照明光量が大きく低下する単線の光ファイバを使用することで、光伝送損失を簡単かつ確実に検出できる。このため、内視鏡の術者は、内視鏡検査前に光伝送損失の検査が実施し易くなる。

40

【 0 0 7 3 】

(5) (1) ~ (4) のいずれか 1 つの内視鏡装置であって、

前記波長変換部材が前記第 1 の光源からの出力光で励起されて蛍光を発する蛍光体である内視鏡装置。

この内視鏡装置によれば、蛍光体を用いることで任意の波長の光を容易に検出できる。

【 0 0 7 4 】

(6) (5) の内視鏡装置であって、

前記第 1 の光源からの出力光と、前記蛍光体からの蛍光とが合成されて白色光とされる内視鏡装置。

この内視鏡装置によれば、ブロードな波長スペクトルを有する蛍光体の蛍光を用いて白

50

色光が生成されることで、演色性を向上できる。

【 0 0 7 5 】

(7) (6) の内視鏡装置であって、

前記第 2 の光源が白色光とは異なるスペクトルの狭帯域波長光を出力する光源である内視鏡装置。

この内視鏡装置によれば、特定の機能を有する波長光を選択的に照射することができ、観察目的に応じた適切な波長光により所望の内視鏡観察を行うことができる。

【 0 0 7 6 】

(8) (7) の内視鏡装置であって、

前記狭帯域波長光の中心波長が、380nm～480nmである内視鏡装置。

この内視鏡装置によれば、組織表層の毛細血管の微細構造や粘膜組織表層の微細構造模様を強調させて観察できる。

【 0 0 7 7 】

(9) (1) ～ (8) のいずれか 1 つの内視鏡装置であって、

前記光伝送損失検出手段が、前記駆動信号の立ち上がりタイミングで前記光伝送損失を判断する内視鏡装置。

この内視鏡装置によれば、駆動信号の立ち上がりタイミングで、温度測定値による第 3 の温度変化率が、第 1 の温度変化率及び第 2 の温度変化率と比較される。駆動信号の立ち下がりタイミングに比べ、波長変換部材と光拡散部材との発熱特性を利用でき、精度の高い判定が可能となる。

【 0 0 7 8 】

(1 0) (9) の内視鏡装置であって、

前記光伝送損失検出手段が、前記内視鏡に設けた光伝送損失確認ボタンの押下信号を受けたタイミングで始動する内視鏡装置。

この内視鏡装置によれば、ボタン押下した後の駆動信号の立ち上がりタイミングで光伝送損失を検出するため、任意のタイミングで光伝送損失の検出が可能となる。

【 符号の説明 】

【 0 0 7 9 】

- 1 1 内視鏡
- 2 5 挿入部
- 3 3 光伝送損失確認ボタン
- 5 7 第 1 の導光部材
- 5 9 第 1 光ファイバ
- 6 1 第 2 の導光部材
- 6 3 第 2 光ファイバ
- 6 5 波長変換部材
- 6 7 光拡散部材
- 6 9 第 1 の光源
- 7 1 第 2 の光源
- 7 7 光源制御部（光源駆動手段）
- 1 2 7 内視鏡制御部（光伝送損失検出手段）
- 1 2 9 温度センサ
- 1 3 5 記憶部（記憶手段）
- 1 4 3 第 1 時間変化率（第 1 の温度変化率）
- 1 4 5 第 2 時間変化率（第 2 の温度変化率）
- 1 4 9 検出値時間変化率（第 3 の温度変化率）
- 1 0 0 内視鏡装置
- LD 1、LD 2 - A、LD 2 - B レーザ光源


10

20


30

40


【 図 2 】




【 図 4 】




【図 5】




【図 6】




【図 8】




【図 7】




【図 9】




【図 10】




【図 11】




【図 12】



【図 13】



【図 1 4】



要解决的问题：提供一种内窥镜装置，用于使用单个温度传感器检测设置有波长转换构件的光导构件和设置有光漫射构件的光导构件之间的光传输损耗。解决方案：内窥镜设备包括：第一光源69;第一导光构件57;波长转换构件65;第二光源71;第二导光构件61;光漫射构件67;存储单元135，用于存储由对应于第一光源69的驱动信号的波长转换构件65的热量引起的第一温度变化率，以及由光散射构件67的热量引起的第二温度变化率。内窥镜控制单元127将由温度传感器129检测到的温度测量值的第三温度变化率与第一和第二温度变化率进行比较，并检测光传输损耗，并且对应于第二光源71的驱动信号。在第一导光构件57或第二导光构件61中产生。

